

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

Pkt. II – źródło światła ppkt. 5

Wnosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 6 stopni różne od 0”

co pozwoli na zaoferowanie urządzenia o lepszych parametrach użytkowych.

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. V – Monitor ppkt. 7

Czy Zamawiający dopuści monitor bez złącza HD-SDI?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. VI – Diatermia ppkt. 1

Czy pod wymogiem „możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych” Zamawiający oczekuje zaoferowania diatermii wraz z przystawką do koagulacji w osłonie argonowej i pompą irygacyjną czy jedynie możliwości rozbudowy zaoferowanej diatermii o wyposażenie dodatkowe w przyszłości?

Jeśli przedmiotem zamówienia w ramach punktu VI ma być na tym etapie sama diatermia, prosimy o możliwość dokonania stosownej modyfikacji punktu 17 (wyposażenie).

Zamawiający dopuszcza obydwie wersje.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY

§ 7 ustęp 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby działania zmierzające do usunięcia usterki lub uszkodzenia zostały podejmowane przez serwis w ciągu 3 dni od dnia przesłania uszkodzonego sprzętu na koszt wykonawcy do jego serwisu?

Ze względu na specyfikę obsługi sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, naprawa jest możliwa jedynie w serwisie firmy Olympus. Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności. Dlatego w ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urządzenia do i z serwisu; dostarczamy również wypełnione listy przewozowe.

- Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy, aby dotychczasowy termin liczony był w dniach roboczych?

Zamawiający wyraża zgodę na 3 dni robocze.

§ 7 ustęp 7

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez wykreślenie słów „niezależnie od przyczyn”.

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania (np. niezgodnego z instrukcją obsługi) bądź celowego uszkodzenia.

Okres gwarancji powinien ulegać przedłużeniu o każdorazowy czas tylko w przypadku napraw gwarancyjnych.

Zamawiający wyraża zgodę.