

Lubin, dnia 23.01.2026r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- 1) Czy zamawiający może udostępnić zdjęcia aparatu?
Odp. Zdjęcia aparatu zostały udostępnione w postępowaniu przetargowym.
- 2) Czy można wykonać wizję lokalną i sprawdzenie systemu?
Odp.: Sprzedający informuje, że dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w zakresie oględzin urządzenia. Jednocześnie informujemy, że aparat rezonansu magnetycznego jest sprawny technicznie i był użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, zaznaczamy, że nie przewidujemy wykonywania testów diagnostycznych ani uruchamiania systemu w trakcie wizji lokalnej.
- 3) Czy aparat cały czas pracuje i jest używany.
Odp. Tak aparat cały czas pracuje i jest używany przez Sprzedającego.
- 4) Ile czasu i w jakim terminie należy zdemontować aparat?
Odp. Sprzedający informuje, że przewidywany termin demontażu aparatu przypada na drugą połowę lutego 2026 r. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. terminu. Jednocześnie informujemy, że prace demontażowe mogą być realizowane wyłącznie w dni wolne od pracy (weekendy), z uwagi na utrudnioną lokalizację urządzenia oraz konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania Szpitala.
- 5) Czy zamawiający udostępni drogę transportową i jak ma wyglądać logistyka wyjęcia systemu czy należy wykonać jakieś prace budowlane. – Informujemy, że aparat jest zlokalizowany przy budynku Szpitala D-7.
Odp. Sprzedający informuje, że aparat rezonansu magnetycznego znajduje się w istniejącym budynku Szpitala. Pełna logistyka demontażu, zabezpieczenia urządzenia oraz organizacja i przygotowanie drogi transportowej pozostają wyłącznie w zakresie Kupującego i odbywają się na jego koszt oraz ryzyko. Sprzedający nie przewiduje wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych we własnym zakresie ani dostosowywania infrastruktury na potrzeby demontażu i transportu urządzenia. W przypadku konieczności demontażu elementów konstrukcyjnych budynku, czynności te pozostają wyłącznie w zakresie Kupującego, który zobowiązany jest do pełnego przywrócenia ich pierwotnego stanu oraz wykonania wszelkich niezbędnych napraw. Wszelkie czynności związane z realizacją demontażu i transportu muszą być prowadzone w sposób niezakłócający bieżącego funkcjonowania Szpitala oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminów z Sprzedającym. Dodatkowo informujemy, że montaż urządzenia odbywał się przez wykonany otwór ścienny na potrzeby transportu urządzenia z wykorzystaniem dźwigu.
- 6) Czy klatka faradaya będzie rozebrana przez zamawiającego? Jeśli zamawiając chce ją wykorzystać musi wykonać to firma, która ją będzie odtwarzać do nowego systemu.
Odp. Sprzedający informuje, że nie przewiduje demontażu klatki Faradaya we własnym zakresie. W przypadku konieczności demontażu klatki Faradaya na potrzeby wywozu aparatu, czynności te pozostają w całości po stronie Kupującego i odbywają się na jego koszt oraz ryzyko.
- 7) Kiedy wymieniano Cold Head?
Odp. Listopad 2025 r.
- 8) Jaki jest poziom Helu w magnesie?
Odp. Aktualny poziom helu wynosi 63,9 %

- 9) W nawiązaniu do ogłoszenia sprzedaży rezonansu magnetycznego bardzo proszę o informację czy demontaż i rozebranie klatki Faradaya jest po stronie kupującego ?
Odp. Pełna logistyka demontażu, zabezpieczenia urządzenia oraz organizacja i przygotowanie drogi transportowej pozostają wyłącznie w zakresie Kupującego i odbywają się na jego koszt oraz ryzyko.
- 10) Jeśli tak proszę o wiadomość na którym piętrze umieszczony jest RM? czy będzie konieczność burzenia ścian? czy wyprowadzimy go przez drzwi ?
Odp. Informujemy, że rezonans magnetyczny znajduje się na podwyższonym parterze przy budynku Szpitala D7. Zamawiający nie przewiduje wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych we własnym zakresie ani dostosowywania infrastruktury na potrzeby demontażu i transportu urządzenia. W przypadku konieczności demontażu elementów konstrukcyjnych budynku, czynności te pozostają wyłącznie w zakresie Kupującego, który zobowiązany jest do pełnego przywrócenia ich pierwotnego stanu oraz wykonania wszelkich niezbędnych napraw. Informujemy, że montaż urządzenia odbywał się przez wykonany otwór ścienny z wykorzystaniem dźwigu.
- 11) Jak wygląda podjazd do szpitala, czy bez problemu wjedzie naczepa i ewentualny dźwig , aby dokonać załadunku ?
Odp. Informujemy, że kwestie związane z dojazdem, załadunkiem, użyciem naczepy czy dźwigu leżą wyłącznie po stronie Kupującego. Dojazd do Szpitala odbywa się drogą jednokierunkową. Weryfikacja możliwości dojazdu oraz lokalizacji sprzętu należy wyłącznie do Kupującego. Zaznaczamy, że nie ma możliwości blokowania drogi ze względu na konieczność zapewnienia przejazdu dla pojazdów oraz służb ratowniczych, w tym karetek pogotowia. Sprzedający nie uczestniczy w organizacji transportu ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne trudności logistyczne.
- 12) Zwracam się z pytaniem czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej i sprawdzenia aparatu MR Siemens Essenza przed złożeniem oferty przetargowej.
Odp.: Sprzedający informuje, że dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w zakresie oględzin urządzenia. Jednocześnie informujemy, że aparat rezonansu magnetycznego jest sprawny technicznie i był użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, zaznaczamy, że nie przewidujemy wykonywania testów diagnostycznych ani uruchamiania systemu w trakcie wizji lokalnej.